



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 9

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 12.01.2018, INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI TRE ANNI DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA

Domanda:

LOTTO N. 21 – Maschere per anestesia riutilizzabile/autoclavabile

Nell’ambito di questo lotto viene richiesto un dispositivo autoclavabile che sia sterile.

Tale richiesta è contraddittoria rispetto alla caratteristica originaria di un prodotto riutilizzabile.

Si evidenzia che, attualmente, sul mercato non esistono dispositivi con queste caratteristiche tecniche che siano “sterili e contemporaneamente riutilizzabili/autoclavabili”.

Per tale ragione si chiede che venga cancellata la richiesta di avere un prodotto sterile.

RISPOSTA :

Lotto 21: le maschere per anestesia devono essere monouso/monopaziente

Domanda:

LOTTO N. 28 – Unità respiratorie manuali monouso “sterili”

Si evidenzia che sul mercato non esistono prodotti con queste caratteristiche che siano in versione sterile.

Per la ragione di cui sopra si chiede che venga eliminata la richiesta di avere un dispositivo sterile.

RISPOSTA :

Lotto 28: le unità respiratorie manuali monouso devono essere monopaziente.