



**Procedura Aperta per la fornitura DI STRUMENTARIO CHIRURGICO
VARIE SPECIALISTICHE DEL BOC .**

FAQ 2

DOMANDA

In riferimento alle istruzioni per la presentazione della campionatura (Disciplinare di gara art. 6.2 e), portiamo all’attenzione di Codesto Spettabile Ente la difficoltà oggettiva nell’applicazione di targhette metalliche o adesive non rimovibili direttamente sul singolo strumento da campionare, in quanto, su strumenti aventi misure ridotte, che non hanno anelli o hanno profili piccoli o arrotondati (es. pinze, manici da bisturi, divaricatori, uncini etc etc) risulta estremamente difficile apporre sistemi di identificazione come quelli da voi richiesti, in considerazione anche della lunga dicitura richiesta da apporre su ogni singolo strumento. Inoltre risulta impensabile effettuare incisioni con la dicitura richiesta di seguito riportata “gara per la fornitura di strumentario chirurgico varie specialistiche del BOC+ lotto + denominazione concorrente”, su uno strumento chirurgico delle dimensioni richieste. Quindi fatto salvo per gli strumenti provvisti di impugnatura ad anelli dove è possibile ipotizzare un sistema di etichettatura non rimovibile chiediamo che codesto spettabile ente possa indicare ulteriori possibilità per contrassegnare la campionatura come ad esempio astucci rigidi con sigilli o buste termosaldate o indicare soluzioni alternative tali da poter rendere inequivocabilmente identificabile ogni singolo campione.

RISPOSTA

Qualora fosse richiesta la campionatura e limitatamente agli strumenti per i quali l’operatore economico ritenga impossibile applicare l’etichetta così come richiesta, potrà essere usata una busta termosaldata sulla quale dovrà essere apposta l’etichetta con tutte le informazioni indicate dal disciplinare. Sullo strumento all’interno della busta dovrà comunque essere apposta un’etichetta con l’indicazione della ditta.