

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA IN LOCAZIONE, PER UN PERIODO DI DUE ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI, DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA PREPARAZIONE DI SOLUZIONI CONTENENTI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI DA DESTINARE ALLA S.C. FARMACIA LABORATORIO UMACA.

CIG 75470663E2

FAQ 6 (relative al capitolato tecnico)

DOMANDA:

Si richiede di conoscere il massimo peso ammissibile per m2 del solaio;

RISPOSTA:

Di seguito si riporta parte della risposta del Direttore della SC **PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI:** *lo scrivente ha attivato la "Procedura Aperta per l'affidamento di incarico professionale per l'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e s.m.i. su edifici appartenenti all'Istituto Pascale di Napoli ed alla sede del CROM di Mercogliano". Concluso l'incarico professionale sarà possibile ricavare tutti gli elementi tecnici necessari per rispondere al quesito.* Pertanto successivamente all'aggiudicazione si procederà a valutare, unitamente alla Ditta aggiudicataria, (così come da articolo 4 del capitolato) il posizionamento dell'apparecchiatura anche in relazione al peso della stessa.

DOMANDA:

Si richiede di conoscere se l'impianto UTA che alimenta la camera bianca può sostenere un'ulteriore espulsione di circa 300 m3/ora rispetto a quanto avviene attualmente (espulsione all'esterno aria esausta robot);

RISPOSTA:

la verifica è di competenza dell'operatore economico

DOMANDA:

Si chiede se è possibile posizionare l'espulsione dell'area esausta in prossimità dell'espulsione dell'aria esausta della camera bianca esistente. In caso negativo si prega di indicare la posizione da utilizzare;

RISPOSTA:

la verifica è di competenza dell'operatore economico

DOMANDA:

Si richiede di conoscere se il costo dell'integrazione software lato SANTEC è a carico del concorrente. In caso positivo si prega di indicarne il costo.

RISPOSTA:

L'interazione automatica con il sistema informatizzato è a carico dell'operatore economico

DOMANDA:

Si richiede specificare se quanto richiesto nelle Caratteristiche del sistema, ovvero gestire almeno l'80% presenti nell'Allegato 1 del Capitolato Speciale, si riferisce al principio attivo del farmaco ed al suo dosaggio o al nome commerciale del farmaco stesso. Qualora fosse riferito al nome commerciale del farmaco si prega di inviare una lista aggiornata all'ultima denominazione registrata in AIFA in quanto i dati riportati nella colonna Descrizione Prodotto, soprattutto per i farmaci generici, non consentono sempre di risalire univocamente al nome commerciale attualmente in commercio.

RISPOSTA:

L'allegato 1 si riferisce al principio attivo. Le specialità medicinali elencate sono quelle al momento utilizzate dall'Istituto che sono consequenziali alla aggiudicazioni della Centrale di Committenza (SORESA).