

**Procedura Aperta per la fornitura DI STRUMENTARIO CHIRURGICO
VARIE SPECIALISTICHE DEL BOC .**

FAQ 4 (a cura del redattore del capitolato tecnico)

DOMANDA

Lotto 14

Viene richiesto TUBOFIALE (800 pezzi), si intendono tubofiale di anestetico per anestesia dentale? In questo caso abbiamo bisogno di conoscere il principio attivo richiesto.

RISPOSTA

Tubofiale sono fiale per effettuare test per la sterilizzazione.

DOMANDA

Lotto 14

Rotoli per sterilizzazione, non è indicata la misura richiesta. Normalmente le dimensioni previste sono da 5-7,5-10-15-20-25-30cm, per una lunghezza di 200mt.Non è possibile indicare un prezzo unico in quanto le differenze di costo sono particolarmente alte. E' possibile dettagliare le quantità richieste?

RISPOSTA

Sono utilizzate tutte le misure.