



investiamo nel vostro futuro



OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nell'ambito del PON 2007/2013 - Cod. PONa3_00424, Progetto "CECAP Centro Campano Protoni", responsabile scientifico dr. Paolo Muto, per l'affidamento della fornitura ed installazione "chiavi in mano" di un Sistema di Spettrometria: Lotto 1 Spettrometro per Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) operante alla frequenza di 600 MHz C.I.G. n. CIG 5821559675 – Lotto 2 Sistema di Cromatografia Liquida associato a Spettrometro di Massa (LC-MS/MS) C.I.G. n. 582158189C CUP Potenziamento: H41D11000030007

DOMANDA: In relazione alla gara in oggetto e al capitolato tecnico (pag 8/18 x Lotto 1) è indicato quanto segue: *' si precisa che i locali oggetto dell'intervento possono ospitare attrezzature per un sovraccarico massimo pari a 200 kg/mq, pertanto in sede di offerta la ditta dovrà presentare il layout distributivo delle attrezzature tenendo conto dei sovraccarichi massimi ammissibili '*.
La domanda è se i 200 kg/mq sono in aggiunta al carico standard di 400 kg/mq ca.

RISPOSTA: Il layout distributivo delle attrezzature oggetto di fornitura dovrà consentire di rispettare il carico massimo pari a 200 kg/mq, le dimensioni del locale oggetto d'intervento sono riportate alla pagina 5/18 del capitolato tecnico Lotto 1, non sono considerati altri carichi.