



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 3

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 08.09.2016 h. 10,42, INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVICE DELLA DURATA DI QUATTRO ANNI DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI CITOFLUORIMETRICA, OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI EMATOLOGIA ONCOLOGICA DELL’ISTITUTO.

DOMANDA: In riferimento alle caratteristiche minime dei reagenti a pagina 2 del Capitolato Tecnico e Criteri di Valutazione Qualitativa si chiede conferma all’Ente che, per quanto riguarda i consumabili: Provette per l’esecuzione dei test; liquidi di trascinamento; liquidi di lavaggio; soluzioni lisanti con NH₄CL; soluzioni permeabilizzanti; biglie di calibrazione; cartucce per stampante: colore Nero, Magenta, Ciano, Giallo, come da normativa NON è richiesto il marchio CE-IVD.

RISPOSTA: Si conferma quanto già descritto nel Capitolato Tecnico di valutazione qualitativa.