



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Lotto 5 CIG 6867265659
valore stimato 200.000,00 euro

Le ditte offerenti devono interpretare le caratteristiche sottocitate come indicative, la commissione potrà ritenere idonee prodotti che rispondano con caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto a quello richiesto.

N. 6 letti di rianimazione con materassi antidecubito integrati e relativo servizio di sanificazione

Caratteristiche tecniche :

Letto elettrico, radiotrasparente, a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile con trendelenburg e contotrendelenburg elettrici con i requisiti minimi indicati in appresso.

Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche o similare.

Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi od in alluminio pressofuso verniciato sorretto da almeno tre punti.

4 ruote di ampio diametro (> 15 cm) con freno centralizzato.

Sezione schienale radiotrasparente.

Comandi elettrici integrati nelle semi sponde internamente ed esternamente.

Schienale elevabile elettricamente (con sistema di esclusione comandi elettrici) contraslazione della base durante il sollevamento sino ad almeno 70°.

Sezione femorale sollevabile elettricamente.

Sezione gambale movimentabile elettricamente.

Autocontorno (contemporanea elevazione sezione schienale e sezione femorale).

Piano ad altezza variabile elettrica da min. 43 cm a max. 90 cm circa.

Posizione di trendelenburg e contotrendelenburg elettrica (da 0° a 13°).

Posizione di poltrona cardiologia ottenibile con la pressione di un solo pulsante.

Semi sponde laterali a 4 settori a scomparsa con caduta verticale ammortizzata.

Sistema RCP bilaterale a pedale o similare.

Batteria auto caricante

Piano paziente allungabile elettricamente di min. 25 cm.

Testiera e pediera asportabili lavabili e disinfettabili, verniciatura antigraffio.

"Fornitura tecnologie e arredi Terapia Intensiva "

Per accettazione del concorrente _____
(timbro e firma)

Pagina 1 di 2



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

N. 4 alloggiamenti per aste porta flebo ai 4 angoli.

Carico di lavoro sicuro minimo Kg. 250.

1 asta reggi flebo a due ganci telescopica, integrata ed a scomparsa.

Porta drenaggi bilaterali integrati.

Porta bombola

Basculamento laterale tramite la superficie o la struttura

Completo di materasso antidecubito a bassa pressione continua e cessione d'aria.

Sistema di rilevazione peso paziente integrato alla struttura con lettura su visore LCD a colori

Sistema elettrico ed integrato per il trasporto letto tra reparti

Sanificazione letto e materasso, con procedure dettagliate di ritiro, biodecontaminazione letto, procedura di biodecontaminazione materasso, consegna dei letti e utilizzo dei disinfettanti utilizzati.

Griglia per punteggio 60 punti max

Terapia di rotazione, percussione e vibrazione computerizzate integrate nel materasso e gestibili dallo schermo LCD touch-screen	20 punti max
Caratteristiche generali e peculiari del letto.	10 punti max
Allarmi integrati di sicurezza per fuoriuscita paziente e movimentazione dello stesso	10 punti max
Utilizzo del sistema letto – materasso per ogni tipologia di paziente (maggiore ai 250 Kg)	10 punti max
Dettaglio delle procedure di sanificazione del letto e del materasso offerte	10 punti max

"Fornitura tecnologie e arredi Terapia Intensiva "

Per accettazione del concorrente _____
(timbro e firma)