



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori  
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"  
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

### **FAQ 3**

**PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 21 e 22.12.2017, INERENTI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI TRE ANNI DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA**

\*\*\*\*\*

#### **Domanda:**

In riferimento al **LOTTO 5 ( R01030202 TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI - CIG 7215978D69)** in cui si richiede:

Tubi in PVC di grado medicale latex free , trasparente termosensibile per un ottimale adattamento alle vie aeree con marcatura radioopaca e riferimenti di profondità. Dotati di cuffia a bassa pressione e alto volume, con pareti sottili e uniformi, punta radiopaca smussata atraumatica con anello di Murphy a margini completamente smussati per evitare di danneggiare la trachea durante le manovre di intubazione . Dotati di armatura incorporata nella parete del tubo per conferire maggiore rigidità e ridurre i rischi di piegamenti ostruttivi e di mandrino per facilitare l' intubazione. Devono possedere palloncino pilota esterno per la valutazione della pressione interna della cuffia, valvola di non ritorno e attacco standard per siringa , connettore standard . VARIE MISURE.

**SI RICHIEDE SE E' POSSIBILE OFFRIRE il MANDRINO A PARTE**

#### **RISPOSTA:**

Si precisa che il mandrino può essere offerto a parte;

#### **Domanda:**

**Si chiedono le seguenti informazioni riguardanti il LOTTO 5 della procedura in oggetto.**

- **Il mandrino richiesto deve essere in alluminio (con rivestimento in PVC)?**

#### **RISPOSTA:**

Il mandrino richiesto deve essere in alluminio rivestito in PVC.

#### **Domanda:**

**Si richiede la soppressione della dicitura sterile nel lotto 24 delle maschere venturi, detto materiale infatti deve essere fornito clinicamente pulito ma non sterile.**

#### **RISPOSTA:**

In relazione al chiarimento: al posto della dicitura "sterile" è da rappresentare la dicitura "monopaziente".