



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 10

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 11.01.2018, INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI TRE ANNI DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA

Domanda:

Lotto n.31: si chiede di specificare se il prodotto richiesto è una valvola fonatoria con filtro umidificatore, solo valvola fonatoria o solo filtro umidificatore, e se l’attacco deve essere da 15mm o da 22mm.

RISPOSTA :

Lotto 31: il kit è costituito da filtro scambiatore di calore e umidità, che riscalda e umidifica l'aria inspirata dopo l'intervento di laringectomia totale; MONOUSO, diametro circa 27,8 mm utilizzabile con cannule tracheostomiche con connettore da 22 mm o da 15 mm.