



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 4

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVICE DELLA DURATA DI N. 6 ANNI (5 anni prorogabile di ulteriori 12 mesi) DI UNA PIATTAFORMA PER ENDOUROLOGIA E LAPAROSCOPIA AVANZATA CORREDATA DI STRUMENTAZIONE OPERATIVA PER LA RESEZIONE-ABLAZIONE E SINTESI EMOSTATICA MEDIANTE ENERGIA LASER PER LE ATTIVITA’ CLINICHE DELLA S.C. DI UROLOGIA

DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto la ditta xxxxx esprime le proprie perplessità relativamente alle caratteristiche tecniche della strumentazione richiesta e sottolinea l’impossibilità di potervi partecipare per i seguenti motivi:

nei requisiti tecnici è chiaramente individuabile un’unica Azienda.

Al fine di garantire una più ampia partecipazione chiediamo pertanto di modificare le specifiche tecniche che consentano il mantenimento della par condicio per tutte le Aziende che ne hanno i requisiti.

Nel pieno rispetto della Vostra libertà di proporre richieste di fornitura secondo criteri da Voi graditi, saremo ben lieti di fornirVi la nostra offerta qualora riteneste di modificare la gara come richiesto.

DOMANDA

In riferimento al lotto 1 della procedura in oggetto, si segnala che l’elenco dello strumentario richiesto per ciascuna strumentazione, essendo un lotto unico, permette la partecipazione ad un solo operatore economico.

Al fine di permettere una più ampia partecipazione, nel rispetto della concorrenzialità e a beneficio dell’offerta più economicamente vantaggiosa, si chiede di scomporre il lotto in diverse configurazioni.

RISPOSTA ad entrambe le domande a cura del redattore del capitolato :

Le caratteristiche tecniche prodotte a corollario della gara in oggetto sono da recepire come dati indicativi di classi di prodotti generici.

In virtù di questo concetto verranno prese in considerazione offerte equivalenti e/o analoghe, qualitativamente affini e/o migliorative rispetto a quanto richiesto. Il tutto in ottemperanza alla normativa legislativa vigente che non prevede un obbligo incoercibile di pedissequo rispetto alle caratteristiche tecniche di un prodotto, ma piuttosto la possibilità di soluzioni che soddisfino le esigenze per le quali è stata bandita la procedura di gara.



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Caratteristiche ed esigenze intese indifferibili e pregiudiziali saranno ad esempio la condizione senza ingombro di trasportabilità manuale ambulatoriale e/o al letto dell'ammalato e/o ovunque necessario dei videocistoscopi flessibili completi di tutto il corredo di visione o sempre ad esempio la garanzia di assistenza full-risk che per sua intrinseca natura deve prevedere la necessità di un unico e tempestivo interlocutore.

In conclusione, detto ciò, si ribadisce la disponibilità di valutare tutte le attrezzature analoghe che partecipino alla procedura di gara in oggetto.