



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ4

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI INERENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO DI ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA DIGITALE PER CASSETTE ISTOLOGICHE COMPRESIVO DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ, SOFTWARE E N. 3 ARMADI ARCHIVIATORI AUTOMATIZZATI PER CASSETTE E VETRINI”, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO

CIG 7343568804.

DOMANDA:

Non avendo ricevuto indicazioni (neppure durante il sopralluogo) riguardo la portata della soletta in cui verranno installati i sistemi e considerando che la stima del peso dei soli vetrini da conservare (n. 600.000 vetrini) al netto della strumentazione è di circa 3 tonnellate chiediamo se è possibile fornire una sola macchina con un motore traslante, di confermare che la stanza utilizzata sarà quella prevista nel sopralluogo e di indicare la portata della soletta".

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito formulato, si rappresenta che manca tra gli elementi forniti l'indicazione della superficie interessata dal citato carico, ciò al fine di poter ipotizzare un carico distribuito al metro quadrato.

Nell'ipotesi di una distribuzione delle tre tonnellate = $3 \times 1000 = 3.000,00$ Kg su una superficie non inferiore ai 20 mq si ricava un carico accidentale Q pari a $3000/20=150$ Kg/mq.

Detto carico si ritiene compatibile con l'ordinario stato e portanza dei solai.

Resta inteso che dopo aver individuato l'operatore economico, e quindi la sagoma esecutiva della installazione, dovranno esperirsi mirate, puntuali e complessive verifiche in campo.