



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 4

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 23/07/2018, INERENTI LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA E MANUTENZIONE FULL RISK QUINQUENNALE DI ATTREZZATURE ENDOSCOPICHE, CON CONTESTUALE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEI CONSUMABILI PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO

Domanda:

Che - all'interno del documento Strumentario Endoscopico, disciplinare tecnico di minima, Lotto 1, pag 4, N.M: Videocolonscopio diagnostico ad alta definizione/alta risoluzione, pediatrico, ultrasottile, tipo lungo... - il diametro esterno venga esteso fino a 10,7 mm;

Risposta:

Videocolonscopio diagnostico ad alta definizione/alta risoluzione, pediatrico, ultrasottile, tipo lungo, diametro esterno non superiore a 10,5 mm ...può essere prevista una tollerabilità di 2-3 mm rispetto al diametro indicato. Pertanto il diametro esterno può essere esteso sino a 10,7 mm

Domanda:

Conferma che – all'interno del disciplinare di gara, pag. 6, punto d) – con riferimento alla comprova del requisito dell'esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto della gara negli ultimi 3 anni, in caso di forniture ad Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni, possano essere prodotte - in sostituzione dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni - copie conformi delle fatture relative a tali forniture;

Risposta:

Si conferma.

Domanda:

Con riferimento al documento Strumentario Endoscopico, disciplinare tecnico di minima, Lotto 1, pag. 6, in riferimento alla dicitura...noleggio di durata quinquennale, comprensivo di contratto di manutenzione full-risk e contratto di fornitura in somministrazione di tutti gli accessori consumabili, necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature... - nel caso dovesse essere fornito il materiale monouso a procedura - di specificare all'interno delle 6000 procedure endoscopiche per anno quante di queste siano svolte per

a) Numero di procedure ecogastriche EUS (ecogastroscopio radiale e lineare)

b) Numero di procedure ecobronchiali EBUS

c) ERCP

Risposta:

Si precisa che gli accessori consumabili (pluriuso e/o monouso), necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature sono gli accessori esclusivamente necessari per il funzionamento degli endoscopi e delle torri di endoscopia. Non sono infatti richiesti dispositivi necessari per lo svolgimento delle procedure endoscopiche e si ribadisce che non è richiesta la fornitura di materiale monouso a procedura . Comunque, il numero di ERCP è di circa 100/anno, il numero di EUS è di circa 500/anno, il numero di EBUS è di circa 30 anno.



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

Domanda:

Con riferimento al documento Strumentario Endoscopico, disciplinare tecnico di minima, Lotto 2, pag. 8, in riferimento alla dicitura...noleggio di durata quinquennale, comprensivo di contratto di manutenzione full-risk e contratto di fornitura in somministrazione di tutti gli accessori consumabili, necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature... - nel caso dovesse essere fornito il materiale monouso a procedura - di specificare all'interno delle 300 procedure per anno del lotto quante di queste siano riferite agli esami di enteroscopia.

Risposta:

Si precisa che gli accessori consumabili (pluriuso e/o monouso), necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature sono gli accessori esclusivamente necessari per il funzionamento degli endoscopi e delle torri di endoscopia. Non sono infatti richiesti dispositivi necessari per lo svolgimento delle procedure endoscopiche e si ribadisce che non è richiesta la fornitura di materiale monouso a procedura. Comunque, il numero di enteroscopie previste dovrebbe essere di circa 15/anno per il primo anno, con aumento progressivo delle procedure negli anni successivi.