



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori  
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"  
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

## **FAQ 1**

**PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 26.10.2018, INERENTI LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE (CON OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO) DI SISTEMI ANALITICI E ATTREZZATURE, CON SOMMINISTRAZIONE DEI REAGENTI E DI TUTTO IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DI VIROLOGIA MOLECOLARE**

\*\*\*\*\*

### **Domanda:**

Capitolato Tecnico, Lotto A, pag. 5: in merito alle caratteristiche dei dosaggi indispensabili, si chiede di confermare che la sensibilità del test CMV-DNA quantitativo indicato pari a 60 UI/ml si riferisca esclusivamente ai campioni di plasma

### **RISPOSTA :**

Si precisa, in risposta al chiarimento che la sensibilità del test CMV DNA quantitativo indicata pari a 60 UI/ml si riferisce esclusivamente ai campioni di plasma.