

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A PROCEDURA NEGOZIATA

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento, mediante procedura negoziata, del sotto elencato intervento:

- 1) Manifestazione d'interesse: **Fornitura in service di una sala operatoria mobile a flussi laminari occorrente al reparto Day Surgery nel mentre si effettuano lavori di ristrutturazione delle sale operatorie ubicate al 5° della struttura.**

Premesso che, questa amministrazione ha la necessità di lavori di ristrutturazioni del blocco operatorio ubicato al 5° piano della struttura "Day Surgery" dando atto del fermo delle attività sanitarie durante tutto il periodo dei lavori.

Esplicato che durante tutto il periodo di fermo del blocco operatorio del Day Surgery sito al 5° piano della struttura la sala operatoria mobile in argomento consentirebbe di:

- 1) Disporre di una sala operatoria di sostitutiva, in grado di effettuare interventi di emergenza/urgenza.
- 2) Garantire l'effettuazione sia delle attività chirurgiche programmate, in modo da non incrementare i tempi di attesa, sia interventi che non possono essere ulteriormente rinviati.
- 3) Garantire gli interventi di Day Surgery previsti quotidianamente dal reparto.

Atteso che, per quanto sopra, è stata accertata la necessità di fare ricorso ad una struttura sanitaria mobile, provvedendo in particolare al noleggio in forma di leasing operativo con canoni onnicomprensivi di una sala operatoria modulare, allo scopo di poter garantire la continuità delle attività chirurgiche durante tutto il periodo di ristrutturazione del blocco operatorio.

Evidenziato altresì l'urgenza determinata dall'imminente affidamento in appalto dei lavori suddetti e che a seguito di indagine di mercato si evidenzia altresì che la

disponibilità della fornitura richiesta può essere garantita da ditte esclusiviste nel settore, ciò premesso, codesta amministrazione ha optato per l'aggiudicazione a mezzo di procedura negoziata (art. 57 D.lgs 163/2006) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa manifestazione di interesse atta ad identificare ed a valutare le ditte da invitare per la fornitura in oggetto.

Per la selezione delle Imprese si terrà conto degli ordinari requisiti relativi alla capacità tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria oltre ai tempi di consegna ed ai requisiti minimi richiesti per le caratteristiche tecniche della sala operatoria mobile.

L'articolazione del modulo di sala operatoria proposto deve avere le seguenti caratteristiche minime ovvero:

- 1) L'unità deve essere dotata al suo interno almeno dei seguenti locali: corridoio filtro, locale preparazione paziente e preanestesia, locale sala operatoria, locale risveglio, locale lavaggio chirurghi, spogliatoio per il personale, locale di servizio/evacuazione sporco
- 2) Il locale lavaggio chirurghi deve prevedere il percorso separato e la porta di accesso alla sala operatoria automatica .
- 3) La sala operatoria deve essere dotata di un flusso laminare con ricircolo in classe almeno ISO 5. a flusso laminare , devono essere garantiti almeno 30 cambi ora 100% aria esterna. I locali attigui devono garantire non meno di 20 ricambi ora 100% aria esterna
- 4) La sala operatoria deve essere completa di lampade scialitiche idonea per l'utilizzo sotto il flusso laminare e di tavolo operatorio ;
- 5) Le pareti delle sale operatorie devono essere dotate di postazioni con prese elettriche, almeno una presa CEE 2P+T di 16A dedicata per gli apparecchi di radiologia ed almeno 2 postazioni con le prese gas medicali , le pareti devono inoltre essere accessoriate di barre porta strumenti/accessori;
- 6) Il locale preparazione paziente deve essere completo di postazioni con prese elettriche e gas medicali; deve essere dotato inoltre di lavello, di armadio porta farmaci;
- 7) Il locale risveglio deve prevedere tre postazioni con trave testata completa di prese elettriche e gas medicali, barra porta accessori e lampade da medicazione;

- 8) Il corridoio filtro deve avere l'accesso al locale preparazione paziente ed al locale risveglio tramite porte automatiche scorrevoli con visiva;
- 9) Locale di servizio/evacuazione sporco deve essere dotato di svuotatoio e consentire lo smaltimento verso l'esterno tramite porta con interlock di sicurezza.

Dettagli tecnici

- 10) L'unità deve essere completa di centrale per i gas medicali, dotata di vano bombole con un numero di sorgenti come richiesto dalla Normativa ed in particolare di Ossigeno, Protossido di azoto, Aria medica 4 bar e Aria medica 8 bar con possibilità di collegamento ad una centrale esterna. L'unità al suo interno deve essere dotata anche di centralina con allarme;
- 11) L'unità dovrà essere completa di impianto idrico con serbatoio e pompa di pressurizzazione;
- 12) L'unità deve essere consegnata con idoneo sistema di filtraggio per garantire acqua potabile in tutti i locali, per detta purificazione dovrà essere previsto un sistema di sanificazione dell'acqua contro tutti i batteri compreso la legionella.
- 13) L'unità deve essere dotata di trasformatore di isolamento, quadro elettrico, impianto di messa a terra, e almeno 3 gruppi di continuità, 2 al servizio della sala operatoria ed 1 al servizio delle lampade scialitiche;
- 14) L'unità dovrà essere dotata di impianto di climatizzazione completo di sistemi per la produzione di flussi caldi e freddi. Deve essere in grado di mantenere idonee sovra-pressione, temperatura e umidità all'interno dei locali, come previsto dalla Normativa.
- 15) La sala operatoria deve essere dotata di un monitor per la rilevazione dei succitati parametri (pressione, temperatura ed umidità) con il relativo sistema d'allarme;
- 16) L'installazione dell'unità deve avvenire entro la giornata d'arrivo al fine di ridurre ogni tipo di disagio alla struttura ospedaliera;
- 17) L'unità deve essere fornita delle adeguate Certificazioni incluse quelle di collaudo.
- 18) L'unità dovrà essere dotata di un sistema di rilevazione incendio.

La durata dell'appalto è previsto per almeno anni due eventualmente rinnovabile.

Il valore del canone annuo complessivo non dovrà essere superiore ad €. 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) al netto di iva come per legge e potrà essere suddiviso in 12 canoni mensili.

Il valore del canone offerto dovrà essere del tipo omnicomprensivo e cioè deve prevedere al suo interno i lavori di posizionamento nell'aria di ubicazione che sarà indicata, installazione e messa in opera, assistenza ordinaria e straordinaria del tipo full-Risk su tutti i sistemi, attrezzature, impianti facenti parte del modulo di sala operatoria mobile, delle assicurazioni previste come per legge, dei relativi collaudi e del materiale di consumo relativamente a filtri aria, acqua e tutto quanto necessario per la piena efficienza dell'unità.

Ulteriori informazioni relative al presente intervento possono essere richieste a:

- Dr.Ing.RobertoSamarelli -tel. +39 0815903139 - e-mail:r.samarelli@istitutotumori.na.it;

Si precisa, inoltre, che costituiscono titoli di preferenza i seguenti ulteriori requisiti:

- Aver realizzato almeno un service analogo in strutture sanitarie pubbliche (Università, Scuole, Ospedali ecc.);
- Possibilità che la ditta offerente sia in grado di realizzazione eventuali opere edili di collegamento diretto con la struttura ospedaliera (apertura vano, corridoi di collegamento con la struttura fissa ecc...) e dei relativi allacci di energia elettrica, acqua, gas medicali e quant'altro necessario per rendere la sala operatoria immediatamente operativa;
- Almeno due giorni di formazione a nostro personale tecnico, medico ed infermieristico.

Si fa presente, infine, che i requisiti di cui sopra sono di "preferenza" e il loro mancato possesso, in tutto o in parte, non preclude la possibilità di manifestare l'interesse per essere invitati alla procedura di selezione.

L'impresa interessata a partecipare al presente intervento dovrà compilare il modulo di manifestazione d'interesse denominato:

Fornitura in service di una sala operatoria mobile a flussi laminari da inviare a codesta rispettabile azienda nei tempi e modi come di seguito specificati.

L'intervento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 D.lgs.163/2006, secondo i criteri che saranno successivamente dettagliati nella lettera invito.

I.N.T. Fondazione G.Pascale – via M. Semmola – 80131 Napoli - S.C. Progettazione e Manutenzione Edile

tel.081 5903319 –081 5903319 fax 081 5903807 e 081 5462043

e-mail ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La Ditta interessata alla partecipazione, dovrà presentare, debitamente compilato, il modulo manifestazione di interesse predisposto da codesta amministrazione (Allegato 1).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata, tramite PEC all'indirizzo ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it entro e non oltre il 17/06/2013 ore 12:00. I file della documentazione vanno allegati in formato pdf firmati digitalmente dal legale rappresentante.

Solo nel caso in cui l'Impresa non sia ancora in possesso della firma digitale, potrà ugualmente presentare manifestazione di interesse, all'indirizzo r.samarelli@istitutotumori.na.it entro e non oltre il 17/06./2013 ore 12:00, trasmettendo i file della documentazione in formato pdf ed allegando alla stessa il documento d'identità del legale rappresentante. In tal caso, con la sottoscrizione del modulo di manifestazione di interesse, l'Impresa si impegna ad acquisire la firma digitale non appena ricevuto l'invito a gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro dello stato di appartenenza per competente oggetto sociale;
2. Possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione a gare indette da pubbliche amministrazioni art.38 e 39 del D.lgs.163/2006;
3. Dichiarazione di possesso dell'unità mobile, o attestazione che la stessa sarà posseduta all'atto della presentazione dell'offerta di firma digitale del legale rappresentante e/o suo procuratore ed indicazione dell'indirizzo di posta certificata (PEC) a cui far pervenire, se prescelta, la lettera d'invito e tutte le ulteriori comunicazioni inerenti le seguenti procedure. La mancanza dell'indirizzo PEC comporta l'impossibilità di essere invitato.

La sussistenza di tali ed eventuali altri requisiti sarà richiesta dalla stazione appaltante in caso di invito alla presente procedura.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse ,

Il Presente avviso e la ricezione di manifestazioni d'interesse non comportano per L'Istituto alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia presentazione.

L'IRCCS Fondazione G.Pascale si riserva di richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni documentali sulle manifestazioni di interesse pervenute. Si riserva -in ogni caso e in qualsiasi momento -di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente ricerca di manifestazione di interesse, consentendo a richiesta degli esponenti la sola restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire in alcun modo diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'esponente o da eventuali suoi aventi causa.

Si precisa inoltre, che non costituisce causa di prelazione avere partecipato al processo per manifestazione di interesse.

ALTRE INDICAZIONI:

La richiesta di invito non vincola in alcun modo questa Amministrazione ad invitare l'Impresa richiedente.

Il presente avviso è pubblicato sulla GUCE ,sulla Gazzetta ufficiale e sul sito web della stazione appaltante: <http://www.istitutotumori.na.it> nonché affisso all'albo pretorio della stessa.

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Samarelli