



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 3

PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 18-20/12/2013 INERENTI LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORNITURA, MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI, DEL RELATIVO FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO DI SUPPORTI PER LA STAMPA DELLE IMMAGINI RADIOGRAFICHE, CARTA SONY, OCCORRENTE ALL'AREA FUNZIONALE DI RADIODIAGNOSTICA DELL'ISTITUTO, CON CONTESTUALE NOLEGGIO DI SISTEMI PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE E STAMPA, COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE VECCHIE APPARECCHIATURE KODAK ORMAI OBSOLETE.

LOTTO 1 CIG 5359281A94

LOTTO 2 CIG 5359301B15

Domanda:

Si chiede di confermare o meno che tra le "N. 4 stampanti a secco multiformato..." richieste a pag. 3 del Capitolato tecnico, sia ricompresa anche la "Stampante a secco" menzionata a pag. 2.

Risposta:

Si precisa che la "Stampante a secco" di cui alla pag. 2 del Capitolato tecnico non è ricompresa tra le N. 4 stampanti di cui alla pag. 3.

Domanda:

Relativamente al lotto n.2 chiediamo di specificare se la carta richiesta deve essere originale Sony oppure compatibile, in quanto considerando il prezzo totale da voi stimato, sembrerebbe trattarsi di prodotto compatibile.

Risposta:

Così come indicato espressamente nel Capitolato tecnico all'interno del titolo stesso del Lotto N. 2 , si conferma, per motivi tecnici, che la carta richiesta deve essere originale Sony.