



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 1

PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 14.02.2014 INERENTI LA GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE (CHIAVI IN MANO) MEDIANTE NOLEGGIO QUADRIENNALE, CON RISCATTO FINALE DI UN "APPARECCHIATURA PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI DI PRECISIONE (SRT) COMPLETA DELLE TECNICHE DI IMAGE GUIDED RADIOTHERAPY (IGRT), VOLUMETRICHE (IMRT-VMAT) CON EROGAZIONE AD ALTO DOSERATE".

CIG 53573576D9

DOMANDA:

1) in merito al seguente punto:

Scalabilità del sistema: adaptive dose (specificare tecnica e metodi) radiobiologia protoni etc...specificare i moduli e/o eventuali accessori.

si comunica che le suddette funzionalità risultano disponibili solo in un numero ristretto di sistemi TPS attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima partecipazione, si chiede di confermare che tali funzionalità non siano ritenute requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla gara in oggetto.

2) in merito al seguente punto:

Possibilità di modellizzazione dei Linac in sito. Specificare le caratteristiche e quali misure eventualmente sono necessarie.

si comunica che la suddetta funzionalità risulta disponibile solo in un numero ristretto di sistemi TPS attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima partecipazione, si chiede di confermare che essa non sia ritenuta un requisito minimo richiesto a pena di esclusione dalla gara in oggetto.

3) in merito al seguente punto:

Aggiornamento hardware direttamente dall'Ente (si richiede di presentare eventuale programma di aggiornamento tecnologico annuale) o virtualizzazione del sistema.

si comunica che la suddetta caratteristica risulta disponibile solo in un numero ristretto di sistemi TPS attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima partecipazione, si chiede di confermare che essa non sia ritenuta un requisito minimo richiesto a pena di esclusione dalla gara in oggetto.

4) in merito al seguente punto:

Modulo di fusione elastica con ricalcolo della dose sulle frazioni con CT (CT, CB e MVCT) e modalità di adaptive dose con calcolo della dose accumulata e sistema automatico di delivery della dose compensata.

si comunica che la suddetta combinazione di funzionalità all'interno dello stesso modello di TPS risulta disponibile solo in un numero ristretto di sistemi TPS attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima partecipazione, si chiede di confermare che essa non sia ritenuta un requisito minimo richiesto a pena di esclusione dalla gara in oggetto.

5) in merito al seguente punto:



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

Possibilità di elaborare piani di trattamento IMRT utilizzando tecniche speciali quali algoritmo di Pareto (multicriterio) o l'utilizzo della distribuzione di dose come obiettivo (incluso piani cyberknife e tomotherapy).

si comunica che le suddette funzionalità risultano disponibili solo in un numero ristretto di sistemi TPS attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima partecipazione, si chiede di confermare che tali funzionalità non siano ritenute requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla gara in oggetto.

RISPOSTA:

Si conferma che le funzionalità e le caratteristiche citate in tutti e 5 i punti, oggetto di chiarimento, sono da intendersi come aspetti premianti e graditi, ma non sono ritenute dei requisiti a pena di esclusione dalla gara.