



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 4

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 05.08.2014 INERENTI LA GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORNITURA DI "N. 1 ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (IORT)"

C.I.G. 58120552DA3

Domanda: L'impresa chiede:

1) capitolo 3 punto 16

Il peso dell'acceleratore deve essere 600 kg. Nel peso dell'apparecchiatura sono incluse anche le barriere di protezione? E se non sono incluse vi è un limite massimo di peso del complesso acceleratore+barriere? Quale è il motivo di questo limite di peso (passaggio ascensore, o che altro)?

Risposta:

Nella stanza il carico massimo al solaio non dovrà superare i 300 Kg per mq

Domanda: L'impresa chiede:

2) punto 3.2.2

È possibile avere il dettaglio della composizione di muri e solaio, eventuale presenza di protezioni RX e indicazione dei carichi di lavoro previsti?

Risposta

NO