



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 2

PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 22.09.2014, INERENTI LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI REAGENTI APPLICABILI SU STRUMENTAZIONE AUTOMATICA IN CHEMILUMINESCENZA.

LOTTO 1 CIG: 56882658C4 – LOTTO 2 CIG: 5688275107 - LOTTO 3 CIG: 5688285945; - LOTTO 4 CIG: 5688293FDD; - LOTTO 5 CIG: 5688295188 .

DOMANDA: In riferimento al Lotto N. 1, si chiede:

- 1) Come previsto dall’art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, di tenere conto del principio di equivalenza tra metodi e riferendosi alla richiesta coma da capitolato: “Lotto Unico: per reagenti applicabili su Strumentazione Automatica in Chemiluminescenza” di garantire la possibilità di offrire altra tecnologia e più specificatamente la tecnologia FEIA (Fluorescence Enyme Immno Assay).

La tecnologia FEIA si integra in modo assolutamente omogeneo con la tecnologia Chemiluminescente in generale come anche dimostrato dall’uso sui sistemi in automazione presenti in numerosi laboratori analisi.

I risultati tra analizzatori che utilizzano le due tecnologie sono sovrapponibili dal punto di vista diagnostico dando la possibilità all’utente di usufruire così di metodiche alternative, in grado di offrire una più ampia gamma di metodi analitici ed un migliore inquadramento clinico del paziente.

- 2) Si chiede di specificare se la strumentazione deve essere nuova

RISPOSTA: In riscontro alla richiesta di chiarimenti in esame, si ritiene che la tecnologia FEIA possa essere ritenuta equivalente alla Chemiluminescenza. Si specifica inoltre che la strumentazione deve essere nuova.