



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Lotto 4 CIG 6867253C70
valore stimato 5.000,00 euro

Le ditte offerenti devono interpretare le caratteristiche sottocitate come indicative, la commissione potrà ritenere idonee prodotti che rispondano con caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto a quello richiesto.

N. 1 Lampada scialitica portatile

Lampada scialitica a LED a carrello con batteria di emergenza

Caratteristiche corpo illuminante:

- Peso del corpo illuminante di circa 13 Kg
- Dotato di doppio snodo cardanico sul braccio a molla
- Intensità luminosa regolabile fino ad almeno 120000 lux a un metro di distanza
- Profondità di illuminazione L1+L2 (20%) di almeno 1300 mm
- Profondità di illuminazione L1+L2 (60%) di almeno 750 mm
- Sistema di regolazione luminosità tramite pannello comandi sulla cupola
- Diametro del fascio luminoso fisso di circa 20 cm
- Temperatura di colore non inferiore a 5000 K
- Indice di resa cromatica Ra almeno 95
- Indice di resa cromatica R9 almeno 93
- Durata utile dei led circa 30.000 ore
- Possibilità di utilizzo di manipoli sia sterilizzabili che monouso in accordo allo standard EN ISO 17664

Caratteristiche carrello:

- Basamento mobile completamente chiuso, privo di fessure e facilmente pulibile e disinfettabile, dotato di 4 ruote di cui 2 con freno
- Dotato di batteria di emergenza avente durata di 180 minuti e display con stato della carica della batteria
- Basamento mobile con tubo telescopico regolabile in altezza per almeno 400 mm per facilitare le operazioni di trasporto

"Fornitura tecnologie e arredi Terapia Intensiva "

Per accettazione del concorrente _____
(timbro e firma)



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Griglia per punteggio 60 punti max

Rispondenza alle caratteristiche generali di minima	30 punti max
Durata batteria	10 punti max
Manegevolezza per il trasporto	10 punti max
Durata Led	10 punti max

"Fornitura tecnologie e arredi Terapia Intensiva "

Per accettazione del concorrente _____
(timbro e firma)