



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Lotto 8 CIG 68673826E6
valore stimato 40.000,00 euro

Le ditte offerenti devono interpretare le caratteristiche sottocitate come indicative, la commissione potrà ritenere idonee prodotti che rispondano con caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto a quello richiesto.

n. 1 Piattaforma video per intubazione difficile

piattaforma video per la gestione delle vie aeree in broncoscopia ed intubazione difficile, con sistema di video broncoscopio flessibile con chip telecamera in punta. per eseguire broncoscopie, aspirazioni bronchiali, intubazioni su pazienti anatomicamente difficili e tracheostomie endoscopicamente video- assistite.

caratteristiche minime

strumento operativo:

1 video-broncoscopio flessibile con chip per la telecamera in punta, con canale operativo e d'aspirazione 2,1mm, lunghezza operativa 65cm, diametro estremità distale 5,5mm, deflessione angolare 140x140°, angolo di apertura visuale 120°,

2 endoscopio rigido d'intubazione. diametro esterno 5 mm per ett maggiore di 5,5 mm, lunghezza operativa camicia 40 cm, malleabilità distale 40°, diametro canale operativo 1,2 mm con supporto per tubo per fissaggio ed applicazione di o2.

gestione video: il sistema deve avere la possibilità di collegare due presidi da intubazione simultaneamente scegliendo quale immagine visionare con switching rapido tra immagini e acquisizione immagini e bilanciamento bianco da strumento operativo.

ergonomia : valvola di aspirazione orientabile in 6 posizioni, , ripresa video direttamente sull'impugnatura, controllo acustico e tattile della posizione neutra della leva di deflessione. carrello trolley a piantana, dimensioni ridotte, per il trasporto del sistema di videobroncoscopia.

visualizzazione: monitor da 7" dotato di alta risoluzione 1200 x 800 pixel, con scheda di memoria per registrazioni video e fotografie, uscita video hdmi per collegamento esterno su monitor più grandi.

monitor a led da 19" in hd.

Griglia punteggio 60 punti max

Gestione video		20 punti max
Ergonomia e semplicità d'uso		20 punti max
Dimensioni strumento operativo		20 punti max

"Fornitura tecnologie e arredi Terapia Intensiva "

Per accettazione del concorrente _____

(timbro e firma)

Pagina 1 di 1