



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 5

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 02.02-08.02-13.02-14.02/2017, INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVICE DELLA DURATA DI TRE ANNI SUDDIVISI IN N. 6 LOTTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO

DOMANDA:

Nello specifico per il lotto 4 si chiede chiarimento:

1) Per la fornitura riguardante il lotto degli alcoli (rif.56/57/58) si richiede l’alcool tassato puro per analisi? in quanto se così fosse, solo il costo delle accise è di 8 Euro per litro, riteniamo che la base d’asta per l’intero lotto sia troppo bassa.

2) Per la fornitura delle lame per microtomo feather si intendono originali o è possibile proporre un prodotto equipollente, quindi con caratteristiche simili?

3) nella busta offerta tecnica al punto K, si richiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per tutto quanto oggetto del servizio, relativa a tutto il percorso di fornitura; vorremmo sapere se la certificazione la deve possedere la ditta partecipante o i produttori dei prodotti offerti.

RISPOSTA:

- 1) Non è richiesto alcool tassato puro per analisi. E’ sufficiente una miscela alcoolica a base di etanolo;
- 2) E’ possibile proporre un prodotto equipollente;
- 3) La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere posseduta almeno dalla ditta partecipante;

DOMANDA:

Lotto 4

- 1) E’ possibile quotare stampigiatrici di blocchetti con stampa a trasferimento termico soltanto in bianco e nero, in quanto la stampa a colori è prerogativa di un unico produttore?
- 2) Per stampigiatrici di vetrini, medesimo quesito
- 3) Consumabili AP5 riga 7 si richiede sostitutivo scala alcoli; che cosa si intende?
- 4) Consumabili AP5 riga 35 si richiedono utensili per misurazione; che cosa si intende?
- 5) Consumabili AP5 riga 50 si richiede adattatore vetrini per macrosezioni; che cosa si intende?
- 6) Consumabili AP5 riga 52 si richiede penna vetrografica elettrica; avendo le stampigiatrici di vetrini è necessaria anche la vetrografica elettrica?



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

7) Nella tabella punteggio si indica: stampigliatrici cassette- stazione di tracciabilità integrata sullo stesso computer dedicato per la stampante; che cosa si intende?

RISPOSTA:

- 1) Sì, è possibile quotare blocchetti con stampa in bianco e nero;
- 2) Come sopra;
- 3) Si intende miscela alcoolica a base di etanolo;
- 4) Si intende una base di taglio con misuratore centimetrico;
- 5) Si intende l'adattatore al microtomo per macrosezioni e cestelli dedicati per la colorazione;
- 6) Non è indispensabile;
- 7) Si intende l'associazione, tra la cassetta e un codice di tracciabilità, gestita dal medesimo software collegato al sistema gestionale;

DOMANDA:

LOTTO 4:

- 1) **In riferimento alle voci 6, 7, 8, 9 si chiede la possibilità di offrire taniche precaricate poiché lo strumento da voi richiesto da capitolato (ISTOPROCESSATORE) ne consente l'utilizzo in conformità alle norme di prevenzione e protezione sul lavoro (Dlgs.81_08); diversamente con la richiesta attuale il travaso delle sostanze esporrebbe l'operatore al rischio chimico; In caso affermativo, sarebbe opportuno che l'ente ci comunichi il numero di cassette processate in un anno, al fine di poter calcolare il fabbisogno delle taniche alle voci 6,7,8,9 che andrebbe a sostituire i quantitativi attualmente richiesti.**
- 2) **In riferimento alle voci 12,13,14,15,16,17 si chiede di chiarire se per "sterilizzati" si intende "sgrassati".**
- 3) **In riferimento alla voce 18 si chiede di specificare le dimensioni.**
- 4) **In riferimento alla voce 31 si chiede di specificare la tipologia di prodotto.**
- 5) **In riferimento alla voce 41 si chiede di specificare la tipologia di lama richiesta.**
- 6) **In riferimento alla voce 54 si chiede di specificare le caratteristiche del prodotto richiesto.**
- 7) **In riferimento alla voce 55 si chiede di specificare se per 20 "pezzi" si intendono n.20 "confezioni".**
- 8) **In riferimento alle voci 56,57,58,59,60,61,62 si chiede di chiarire se tale richiesta di prodotti rappresenta un rifiuto poiché non inerente ai sistemi di processazione e taglio, bensì inerente a sistemi di biologia molecolare.**
- 9) **Visto l'importo a base di gara indicato per il lotto 4 di € 390.000 si chiede se i canoni di noleggio richiesti per le strumentazioni devono rientrare in tale cifra o rappresentano voci separate.**

RISPOSTA:

- 1) Possono essere offerte taniche precaricate.
- 2) Si intende sgrassati.
- 3) 24 x 50 mm (circa);
- 4) Con inchiostro indelebile resistente agli alcoolici;
- 5) Lama di forma rettangolare per riduzione;



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

- 6) Decalcificante elettrolitico;
- 7) Si intendono n.20 confezioni
- 8) Trattasi di refuso.
- 9) I canoni di noleggio devono rientrare nell'importo totale del lotto.

DOMANDA:

In riferimento alla gara sopracitata e al lotto n. 6 " Service triennale di patologia molecolare tests prognostico -predittivi"

si chiede cortesemente:

- 1) di specificare il numero di estrazioni richieste all'anno per singolo analita**
- 2) di specificare la frequenza mensile delle sedute analitiche previste per ciascun analita.**

RISPOSTA:

- 1) deve corrispondere al numero di tests effettuati per anno;
- 2) in media n.4 sedute mensili