



Procedura Aperta per la fornitura DI STRUMENTARIO CHIRURGICO VARIE SPECIALISTICHE DEL BOC .

Rettifica FAQ 5 (a cura del redattore del capitolato tecnico)

Buongiorno vi chiediamo di specificare per il lotto 1:

Ergosoftcast forbici supercut lame dentate saldate in carb tung superficie a specchio impugnatura ergonomica ed intagliata 18cm*
--

DOMANDA

COSA SIGNIFICA “ERGOSOFTCAST”?

RISPOSTA

"Impugnatura ergonomica che consente la distribuzione e la riduzione della forza esercitata"

DOMANDA

Cosa intendete per SUPERFICIE A SPECCHIO?

RISPOSTA

" Una superficie lucidata a specchio"

DOMANDA

La destinazione d'uso della forbice? È una forbice per rimozione gessi?

RISPOSTA

Forbici per tagliare e modellare bendaggi sintetici semirigidi

Forbici da dissezione ErgoDissect con lame in Carb.Tung manico a V, anelli ergonomici angolati, supporto anatomico per dito medio e accentuato per l'indice. curva 18cm*
--

DOMANDA

COSA SIGNIFICA “ERGODISSECT”

RISPOSTA

Forbici da dissezione con impugnatura ergonomica

DOMANDA

LOTTO 2



ORO Martin Portaghi 17cm carburo Tung	2	
ORO Martin Portaghi 20cm Tung	2	

DOMANDA

Martin è la marca. Che modello di porta aghi dobbiamo offrire??

RISPOSTA

Si, è la marca, non deve quindi, essere menzionata. Porta aghi profilo mini morso, zigrinato in carburo di tungsteno, impugnatura colore oro

Hepp-Scheidel portaghi in titanio-nitrato colore rame con morso carburo di tungsteno, 18 cm	2	L0205
---	---	-------

DOMANDA

Rivestimento di tutto lo strumento con titanio nitrato? Di Che è colore?

RISPOSTA

Si, titanio nitrito Colore Rame con morsi in carburo di tungsteno

Portaghi Crile-Wood morso in carburo di tungsteno con articolazione a gazzella, 18 cm	2	
---	---	--

DOMANDA

Che è una articolazione a gazzella? Cosa bisogna offrire?

RISPOSTA

Articolazione che impedisce alla sutura di impigliarsi nell'articolazione dello strumento stesso