

**In adempimento alla disposizione di cui all'art. 29, co. 1, del D.lgs. n.50/2016**

**ALLE DITTE CONCORRENTI**

COMUNICAZIONE DELL' AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DAL SEGGIO DI GARA NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 31 GENNAIO 2019 RELATIVAMENTE ALLA RDO N. 1996249 SUL MEPA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO ECOGRAFICO PER L'ESECUZIONE DI BIOPSIE PROSTATICHE CON TECNICA COGNITIVA E CON TECNICA FUSION RMN (LOTTO UNICO).

CIG nr. 7538945638 – CUP H66D15002470003

VISTA la determina a contrarre n. 723 del 25 giugno 2018;

VISTA la determina direttoriale n. 89 del 03/08/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;

ATTESO

che la Commissione giudicatrice è stata convocata in data 31.01.2019 ore 11:00 circa, presso gli uffici della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero finanziati, per la prosecuzione dei lavori di gara in seduta pubblica al fine di dare comunicazione dell'esito della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione, così come risultante da n. 2 verbali delle attività, svolte in seduta riservata nelle date 21.11.2018 e 16.1.2019, per l'ammissione alle successive fasi di gara e apertura delle offerte economiche;

che della summenzionata convocazione è stata data comunicazione alle ditte concorrenti sul portale MePa;

TENUTO CONTO di quanto di sposto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza"

PRESO ATTO che, sulla base delle operazioni eseguite alla presenza del RUP, dr.ssa Vincenza Farinari, sono stati ammessi tutti i concorrenti al prosieguo della gara, dopo il positivo esito dell'esame della documentazione tecnica e conseguimento della prova pratica, come riportato nei verbali del 21.11.2018 e 16.1.2019 (in seduta riservata) presentata da ciascuno per la partecipazione al procedimento di gara, con l'attribuzione dei relativi punteggi concernenti la componente "Qualità", di seguito riportati in sintesi:

<b>Gruppo di parametri</b>	<b>Singoli parametri</b>	<b>Punteggio Massimo</b>	<b>Soglia Minima</b>	<b>ANALOGIC/BK _ FLEX FOCUS 800</b>	<b>HITACHI _ARIETTA 70A</b>
Caratteristiche generali	<i>caratteristiche software e hardware ecografo</i>	2		1	2
	<i>ergonomia e semplicità d'uso</i>	2		2	1
	<i>modalità di lavoro (Mode), range freq. Sonde, ecc.</i>	2		2	2
	<i>caratteristiche software e hardware sistema fusion</i>	2		1	2
<b><i>SUB TOTALE</i></b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Caratteristiche funzionali	<i>applicazioni interventistiche disponibili</i>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>	<b>1,25</b>
	<i>corredo accessori per fusion della prostata</i>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
	<i>connessione ad altre sonde specialistiche (elencare)</i>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>	<b>1,25</b>
	<i>disponibilità di controllo remoto per sala operatoria (telecomando)</i>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>	<b>0</b>
<b><i>SUB TOTALE</i></b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
Caratteristiche tecniche sonde ecografiche	<i>caratteristiche sonda transrettale</i>	<b>6</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
	<i>opzioni interventistiche (guide monouso e pluriuso)</i>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
	<i>caratteristiche sonda transrettale</i>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>0</b>
	<i>opzioni interventistiche (guide monouso e pluriuso)</i>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b><i>SUB TOTALE</i></b>		<b>24</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
Prova pratica da eseguire in sala operatoria	<i>maneggevolezza e praticità d'uso del sistema fusion</i>	<b>7</b>		<b>6</b>	<b>5</b>
	<i>qualità immagine sonda intraoperatoria</i>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
	<i>maneggevolezza e praticità d'uso del sistema fusion</i>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>6</b>
	<i>qualità immagine sonda intraoperatoria</i>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b><i>SUB TOTALE</i></b>		<b>28</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>25</b>
<b><i>TOTALE PUNTEGGIO</i></b>		<b>70</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>52</b>

DÀ ATTO che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissioni ed esclusione sono presenti sulla piattaforma MePA e disponibili presso gli uffici della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero finanziati, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

DISPONE la pubblicazione della presente comunicazione sul profilo internet dell'Istituto ([www. http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascalle/bandiegare.html](http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascalle/bandiegare.html)) nella sezione dedicata, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti a mezzo comunicazione del portale MePA.

F.to IL RUP  
Dr.ssa Vincenza Farinari