

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE - S.S. INGEGNERIA CLINICA
INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
PREVENTIVA

(Ai sensi dell'Art. 66. "Consultazioni preliminari di mercato" del D.lgs 50/2016 e in adempimento alle "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili")

N. INT-CROM.279.18 del 19.09.18

Indagine di mercato finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori operatori economici - rispetto a quelli conosciuti e di seguito indicati – in grado di fornire un servizio di manutenzione full risk – 36 mesi – di n. 3 apparecchiature 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM (s.n. 279000369; s.n. 279002023; s.n. 279002642) in dotazione ai laboratori dell' Istituto.

L'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale", in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire un'indagine di mercato, al fine di verificare, se diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi siano altri operatori economici qualificati in grado di fornire un *servizio di assistenza tecnica full risk – 36 mesi - di n. 3 apparecchiature 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM, come di seguito identificate, in dotazione ai laboratori dell'Istituto (s.n. 279000369; s.n. 279002023; s.n. 279002642).*


La spesa presunta per il servizio triennale in argomento è stimata in € 83.476,00 oltre IVA comprensivo per costi di sicurezza per rischi interferenziali pari a € 100,00.

Nel caso in cui venga confermata la esclusività del produttore o del soggetto da esso delegato (ai sensi della Determinazione n.8 dell' Anac "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili") il servizio sarà affidato ai sensi dell' art. 63 , comma 2 lett. b) n. 3 del D.lgs 50/2016, alla ditta Life Technologies S.p.A. (di seguito denominata per brevità , Ditta) con sede in Via G.B Tiepolo, 18 , 20900 Monza (MB) Tel. 039 83891 Fax: 039 8389492.

Il presente vale anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva. La manifestazione d' interesse dovrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo (Modello 01) e dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo *'ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it'* riportando in oggetto la dicitura "Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del **servizio di assistenza tecnica full risk (trentasei mesi) di n. 3 apparecchiature 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM, in dotazione ai laboratori dell' Istituto** entro il 19 ottobre 2018.

Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente indagine di mercato.

Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l'Istituto di procedere alle successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura.



Nel caso in cui in seguito all'indagine di mercato sarà possibile procedere secondo confronto concorrenziale fra più operatori economici si fa presente che gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di partecipazione di seguito descritti.

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E DELLO STRUMENTARIO OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Pos	Descrizione prodotto	Q.tà	S/N
1	7900 HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM	1	279002642
1	7900 HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM	1	279000369
1	7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM	1	279002023

CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Tutti i piani di manutenzione e riparazione devono comprendere una serie di controlli per verificare che ciascuna apparecchiatura funzioni secondo le specifiche e gli standard (linee guida) del Produttore.

Tutte le operazioni manutentive dovranno essere eseguite unicamente da personale qualificato in possesso di attestati specifici con standard tecnici "equivalenti" a quelli della casa produttrice.

Le validazioni dovranno essere eseguite su documentazione "conforme" agli standard originali definiti dalla casa produttrice.

Le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali o "compatibili" con certificazione del Produttore.

La prestazione, differenziata per ciascuna attrezzatura in base ai piani di assistenza come sopra definiti, dovrà includere:

Manutenzione ordinaria *on site* necessaria per prevenire problemi di guasti e difetti che possono insorgere durante il normale utilizzo dello strumento.

Assistenza tramite accesso remoto: monitoraggio, supporto tecnico da parte di apposito help desk tecnico per chiarimenti e risoluzioni di problemi che non necessitano intervento *on site*.

Intervento tecnico *on site* entro 48ore solari dalla chiamata per manutenzione straordinaria di tutti i problemi, guasti, inconvenienti possono insorgere durante il normale utilizzo dello strumento.

Sostituzione *on site* di parti/componenti che durante un uso normale dello strumento si sono rotte oppure usurate.

Gli interventi di manutenzione sia straordinaria che ordinaria, su richiesta dell'utilizzatore, devono comprendere lavoro e spese di viaggio del personale tecnico *on site*.

Aggiornamento e upgrade del software, aggiornamento di servizio dello strumento (hardware e sostituzione PC);

Postazione di lavoro in prestito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale: *insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.lgs 50/2016: *iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;*

Requisiti di Capacità economica e finanziaria

Stante la specificità delle prestazioni:

- un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, per i quali sia stato depositato il bilancio già presentate le dichiarazioni fiscali, pari almeno a due volte l'importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a € 166.952,00;
- un fatturato per prestazioni analoghe (ossia manutenzione full risk su analoghe apparecchiature, preferibilmente stessa marca e stesso modello) a quelle di cui al presente appalto realizzato nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore al 100% dell'importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiori a € 83.476,00.

Capacità tecnica-professionale

- Di aver espletato nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un contratto relativo a prestazioni analoghe (ossia manutenzione full risk su analoghe apparecchiature, preferibilmente stessa marca e stesso modello) a quelle di cui al presente appalto per un importo minimo pari al 100% dell'importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a € 83.476,00.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore della S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it

IL DIRETTORE

Ing. Ciro Frattolillo

